

**PRO ZVEŘEJNĚNÍ****Sdělení SÚKL ze dne 6.2.2020**

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, informuje o neodkladném opatření týkajícím se léčivého přípravku:

Kód SÚKL	Název LP	Doplňk názvu	Velikost balení	Čárové kódy tlakových lahví
0125158	CONOXIA 100% MEDICINÁLNÍ PLYN, STLAČENÝ	100% GAS CRS 2l/400L IV	2L	viz seznam

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, na základě § 33 odst. 3 písm. c) zákona o léčivech přijal následující opatření:

**stažení tlakových lahví dle seznamu čárových kódů (viz seznam v příloze pdf) až z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu eliminace rizika výskytu zahoření a za účelem výměny ventilu.**

Mgr. Apolena Jonášová  
Ředitelka sekce dozoru